

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA 07 - COMPARADOR COLORIMÉTRICO VISUAL COM DISCO

1 OBJETIVO

Definir condições básicas para aquisição e inspeção de recebimento de comparador colorimétrico visual (neocomparador) e disco colorimétrico para análise de cloro.

2 ESPECIFICAÇÕES

2.1 Neocomparador

- Robusto com corpo em material plástico de alta resistência química e mecânica.
- Encaixe para disco colorimétrico.
- Partes metálicas(se aplicável) em material inoxidável.
- Cubetas compatíveis para volume mínimo de 11 mL.
- Deve ser acondicionado em estojo protetor.

2.2 Disco Colorimétrico

- Cloro DPD (sulfato de n-n-dietil-para-fenilenodiamina).
- Capacidade de, no mínimo, 0,2 a 2,0 mg/L de Cl₂ com resolução na faixa de trabalho baixa de 0,2 mg/L de Cl₂.
- Compatível com reagente DPD na forma líquida.

3 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

- Na ocasião da entrega do equipamento devem ser apresentados;
- Concordância explícita em repor equipamento quando em manutenção (durante o período de garantia) no MÁXIMO em 48 horas após NOTIFICAÇÃO.
- Oferecer oficina própria ou autorizada de manutenção.

ADAPTADO DE: <http://licitacoes.sanepar.com.br/SLI16211.aspx>