

De: Andreia Garcia <comercial03@generalinstruments.com.br>
Enviado em: terça-feira, 20 de setembro de 2022 12:43
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Cc: Pamella Resende
Assunto: GENERAL INSTRUMENTS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022 - MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Boa tarde,

Para esta licitação, somente atendemos ao item 42, que seria nosso modelo de Detector com bomba ANALISADOR GAS-PRO CH4/CO/H2S/O2 PUMP – DUAL, onde a mangueira padrão tem a medida de 2 mt. Como mencionam “COM DISPOSITIVO DE MEDICAO A DISTANCIA”, seria necessário um comprimento maior que 2 mts??

42	1,00	UN	19514	DETECTOR MULTIGAS, PARA MEDICAO DE 04 GASES (LEL, CO, O2 E H2S) SIMULTANEAMENTE, DISPLAY 37 X 37 MM, COM BOTOES EMBORRACHADOS, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE ATE 16 HORAS, ALARME VIBRATORIO, ALARME SONORO: 95 DB A 30 CM, DIODO EMISSOR DE LUZ VISIVEL NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, DIMENSOES: 112 X 76 X 35 MM COM DISPOSITIVO DE MEDICAO A DISTANCIA
----	------	----	-------	---

Att,



Andreia Garcia

Comercial

+55 11 4419-8400 | +55 11 99638-8461

comercial03@generalinstruments.com.br

<https://www.generalinstruments.com.br>



“Pense antes de imprimir. Utilize o verso como rascunho. O meio ambiente agradece”.



18 A 20
OUTUBRO
2022
SÃO PAULO EXPO
do 1 ao 21 de

TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
EM SEGURANÇA
E PROTEÇÃO
NO TRABALHO



▶ VISITE NOSSO ESTANDE ◀
WWW.FISPVIRTUAL.COM.BR

De: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 21 de setembro de 2022 11:04
Para: 'Andreia Garcia'
Assunto: RES: GENERAL INSTRUMENTS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022 - MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Bom dia

Não é exigido tamanho mínimo.

Atte.,

De: Andreia Garcia <comercial03@generalinstruments.com.br>
Enviada em: terça-feira, 20 de setembro de 2022 12:43
Para: licitacao@coronelvivida.pr.gov.br
Cc: Pamella Resende <comercial10@generalinstruments.com.br>
Assunto: GENERAL INSTRUMENTS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2022 - MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

Boa tarde,

Para esta licitação, somente atendemos ao item 42, que seria nosso modelo de Detector com bomba ANALISADOR GAS-PRO CH4/CO/H2S/O2 PUMP – DUAL, onde a mangueira padrão tem a medida de 2 mt. Como mencionam “COM DISPOSITIVO DE MEDICAO A DISTANCIA”, seria necessário um comprimento maior que 2 mts??

42	1,00	UN	19514	DETECTOR MULTIGAS, PARA MEDICAO DE 04 GASES (LEL, CO, O2 E H2S) SIMULTANEAMENTE, DISPLAY 37 X 37 MM, COM BOTOES EMBORRACHADOS, BATERIA RECARREGAVEL COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS, ALARME VIBRATORIO, ALARME SONORO: 95 DB A 30 CM, DIODO EMISSOR DE LUZ VISIVEL NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, DIMENSOES: 112 X 76 X 35 MM COM DISPOSITIVO DE MEDICAO A DISTANCIA
----	------	----	-------	---

Att,



Andreia Garcia

Comercial

+55 11 4419-8400 | +55 11 99638-8461

comercial03@generalinstruments.com.br

<https://www.generalinstruments.com.br>





18 A 20
OUTUBRO
2022
SÃO PAULO EXPO
de 12h às 21h

TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO
EM SEGURANÇA
E PROTEÇÃO
NO TRABALHO



► **VISITE NOSSO ESTANDE** ◀
WWW.FISPVIRTUAL.COM.BR