

Ao Órgão 985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR. Pregão Eletrônico N° 900162026. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
75	DETECTOR FETAL " FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF) COD. 10390019 FAIXA: 50 BPM ~ 240 BPM; RESOLUÇÃO: 1 BPM; PRECISÃO: ± 2 BPM; ESPECIFICAÇÕES DA Sonda FREQUÊNCIA NORMAL: 2,5 MHZ; FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 2,5 MHZ ± 10%; PICO DE PRESSÃO SONORA NEGATIVA: < 1 MPA; INTENSIDADE DE SAÍDA: EUOB< 20 MW/CM²; ISPTA: < 100 MW/CM²; ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS ALIMENTAÇÃO (AD50B): BATERIA REGARREGAVEL; DISPLAY E DIMENSÕES TELA (AD50B): TFT DE 1,77; TAMANHO: 140MM (C) 95MM (L) 30MM (A); PESO: < 300 G (COM BATERIAS); AMBIENTE DE OPERAÇÃO TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: +0 °C ~ +40 °C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -10 °C ~ +60 °C; UMIDADE DE OPERAÇÃO: 30% A 90%; UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 10% A 93%; PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE OPERAÇÃO: 60,0 KPA ~ 110,0 KPA; PRESSÃO ATMOSFÉRICA DE ARMAZENAMENTO: 50,0 KPA ~ 110,0 KPA." MARCA: ACCURANTE MODELO/VERSÃO: AD50B	Unidade	2,00	400,00	800,00
181	OXÍMETRO "OXIMASTER 200 OS PARÂMETROS MEDIDOS PELO OXÍMETRO INCLUEM: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO ARTERIAL (SP02), FREQUÊNCIA DE PULSO (FP), GRÁFICOS DE BARRAS E PLETISMOGRAMA. O OXÍMETRO MEDE ESSES PARÂMETROS ATRAVÉS DE UM SENSOR DE SP02 E UM SENSOR DE TEMPERATURA E OS EXIBE NA TELA COLORIDA LCD APÓS DETERMINADO PROCESSAMENTO ADICIONAL. É LEVE PARA TRANSPORTE E FÁCIL DE USAR; PROTEÇÃO DE SILICONE; CONECTOR TIPO DB9; SUPORTA SENSOR DE OXIMETRIA PARA ADULTOS, CRIANÇAS E NEONATOS (CONSULTE MODELOS DISPONÍVEIS NO ATO DA COMPRA); TELA TFT LCD COLORIDA DE 2,4 POLEGADAS EXIBINDO SPO2/ FP/ GRÁFICO DE BARRAS DE PULSO/ PLETISMOGRÁFICA; ALERTAS INDICATIVOS VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS; LIMITES MÁXIMO E MÍNIMO AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS PARA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; ALERTA INDICATIVO QUANDO SEM SENSOR E SENSOR FORA DO DEDO; ALERTA INDICATIVO DE TENSÃO DE BATERIA FRACA; DESLIGA AUTOMATICAMENTE DENTRO DE 3 MINUTOS SE NÃO HOVER NENHUM SINAL; MEMÓRIA INTERNA PODE ARMAZENAR O RESULTADO DO TESTE POR ATÉ 360 HORAS; PADRÃO DE PILHAS 3X AA 1,5V OU PILHA RECARREGÁVEL. " MARCA: MASTER MEDIKAL MODELO/VERSÃO: OXIMASTER 200	Unidade	4,00	700,00	2.800,00
				Valor total da proposta:	3.600,00

O valor total dessa proposta é de R\$3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

Dados Comerciais:**Banco:** 001 - Banco do Brasil**Agencia:** 9894-9**Conta:** 140-6

Validade da proposta: validade da proposta não será inferior a 120 (Cento e Vinte) dias a contar da data de sua apresentação, conforme edital;

Prazo de entrega: Conforme o edital;

Prazo de pagamento: 30 dias conforme edital;

Prazo de garantia: integral de no máximo 12 (DOZE) meses, será contado a partir da data do recebimento definitivo dos equipamentos. Neste prazo estão inclusos a manutenção corretiva e/ou troca dos equipamentos, contra qualquer tipo de defeito, falhas e danos;

Observações:

DECLARAMOS que no valor ofertado estar inclusa todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução dos serviços, tais como, as despesas com deslocamento, alimentação, hospedagem, contribuições, seguros, despesas com materiais e mão de obra, e qualquer outra incidência fiscal, trabalhista, previdenciária e demais encargos necessários a perfeita prestação dos serviços objeto do pregão em epigrafe;

DECLARAMOS que conhecemos as condições de pagamento de acordo com o previsto no instrumento convocatório;

DECLARAMOS que aceitamos e atendemos todas as especificações do objeto e condições constantes neste edital.

DECLARAMOS que estamos de acordo com todas as normas e condições deste pregão.

Nos preços acima estão incluídos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros, carga e quaisquer outros que incida direta ou indiretamente no fornecimento do (s) material (is) desta licitação.

Declaramos que será realizada instalação/treinamento de operação;

Declaramos para a presente licitação, responsabilizando-se solidariamente pelo integral atendimento das cláusulas de garantia de funcionamento e assistência técnica pelo prazo constante na proposta técnica.

I - O aceite E a concordância plena de todos os termos e seus Anexos e de que tem total conhecimento de todas as condições neles contidas;

II - Que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto desta cotação;

(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o

Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Responsável/Representante Legal (nome completo): Savio Martins Coelho

Telefone Fixo n.º: (11) 4133-6300

E-mail: lc_marimax@terra.com.br

Santa Rita do Sapucaí - MG, 5 de Maio de 2026

Representante Legal
Savio Martins Coelho
Procurador**SAVIO MARTINS COELHO****RG:** 18695283-1**CPF:** 133.313.818-02